

Nuestra misión

Fomentar una cultura de innovación.
Liderar soluciones de atención médica.
Simplificar la atención compleja.



www.soleohealth.com

Administración de medicamentos IG por vía subcutánea



ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS IG POR VÍA SUBCUTÁNEA

El farmacéutico de Soleo Health mezcló su medicamento previamente y lo colocó en una bolsa plástica. Almacene todos los medicamentos según las indicaciones. Algunos medicamentos se deben mantener refrigerados para que conserven su estabilidad.

- Revise la etiqueta de cada frasco para ver que incluya su nombre, el nombre del medicamento, el volumen y la fecha de vencimiento del medicamento.
- Cada dosis debe estar libre de grietas, escapes, objetos flotantes y decoloración. Si tiene alguna duda, llame al farmacéutico de Soleo Health.
- Saque una dosis del refrigerador una hora antes de la infusión para permitir que el medicamento alcance la temperatura ambiente. **NUNCA CALIENTE NI META AL MICROONDAS** el medicamento.

ESCANEE EL CÓDIGO QR ABAJO PARA VER EL VIDEO



PASO 1

Lávese bien las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Séquelas con una toalla de papel. Use la toalla para cerrar el grifo.

PASO 2

Limpie el lugar de trabajo y reúna los suministros necesarios.

1. JUEGOS SIN AGUJA

2. VERSARATE® O SONDA CON REGULADOR DE FLUJO (DEPENDIENDO DE LA BOMBA)

3. MEDICAMENTO

4. AGUJA DE CALIBRE 18 O ALFILER/PUNTA DISPENSADORA

5. JERINGA

6. BOMBA

7. GASAS

8. TOALLITAS CON ALCOHOL

9. DIARIO DE INFUSIÓN

OTROS ARTÍCULOS

VENDA ADHESIVA

APÓSITO EXTRA TRANSPARENTE SI USA CREMA ANESTÉSICA

JUEGO DE AGUJAS CON VENDAJE TRANSPARENTE

CREMA ANESTÉSICA



PASO 3

Revise su medicamento.

- ¿ESTÁ VENCIDO?
- ¿ESTÁ SU NOMBRE EN LA ETIQUETA?
- ¿ES EL MEDICAMENTO ADECUADO?
- ¿HAY MOTAS VISIBLES O PARTÍCULAS FLOTANTES EN EL MEDICAMENTO?

PASO 4

Quite la tapa protectora y limpie cada frasco de medicamento con una toallita con alcohol distinta.



PASO 7

Conecte el regulador de flujo a la jeringa y la aguja al regulador de flujo. Es importante conectar el extremo con el disco circular a la jeringa.

- Si usa la bomba Freedom60®, debe usar la sonda con regulador de flujo que comienza con F, como F600, F1200, etc.
- Si está usando la bomba SCIG60, su regulador se llamará VersaRate®.



PASO 5

Coloque una aguja de transferencia o un adaptador/punta de dispensación en la parte superior de la jeringa. Inserte la aguja en el tapón del vial del medicamento.

- Si está usando una aguja de calibre 18, primero debe inyectar aire en el vial para extraer el medicamento. La cantidad de aire debe ser la misma que la cantidad de medicamento que está extrayendo del vial.
- Si se usa un dispensador, no es necesario insertar aire antes de retirar el medicamento.



PASO 8

Después de conectar la sonda, presione el émbolo para comenzar a cebar el conjunto de sondas. Es importante no cebar el medicamento hasta el final de la aguja. Esto se llama imprimación en seco. Debe cebarlo hasta aproximadamente una pulgada antes del final de la sonda/aguja.



PASO 6

Llene la jeringa y luego expulse el aire extra y la mayor cantidad de burbujas posible.

- Si el volumen del medicamento que debe infundir es superior a 60 ml, necesitará más de una jeringa.
- Si se necesita más de una jeringa, deberá colocar una tapa de jeringa o una tapa roja en la jeringa original para mantenerla estéril.



PASO 9

Lávese las manos siguiendo las instrucciones de lavado de manos antes mencionadas. Si aplicó crema anestésica, quite el vendaje transparente y limpie la crema anestésica con una gasa. Después, limpie la mancha con una toallita con alcohol limpia.




PASO 10

Quite la cubierta protectora de la aguja y sujétela por los laterales. Inserte la aguja subcutánea en un ángulo de 90 grados. Fíjela en su lugar con un vendaje transparente. Repita el paso para cada aguja.



PASO 13

Ajuste el regulador de flujo según lo recomendado por su enfermero. Las bombas funcionarán hasta vaciarse y se detendrán por sí solas.



PASO 11


Después, verifique si regresa sangre tirando del émbolo hacia atrás. Si NO ve rojo inmediatamente, está bien y puede continuar. Si al tirar hacia atrás ve sangre en la sonda, cierre la pinza de ese lugar de punción y quite la aguja.

- En este punto tiene algunas opciones si llega a tocar un vaso sanguíneo. La primera opción es desechar el juego de agujas y volver a preparar uno nuevo y comenzar de nuevo. La segunda opción es para personas con varios lugares de infusión. Puede pinzar ese lugar e infundir en los otros lugares que no tienen retorno de sangre.



PASO 14


Quite todos los vendajes transparentes con cuidado para evitar sacar la aguja con el vendaje. Después de quitar los vendajes transparentes, saque la aguja, intentando nuevamente mantener un ángulo de 90 grados.



PASO 12

Siga las instrucciones de la bomba de infusión para conectar la sonda. Si está usando la bomba Freedom60®, gírela para cargarla. Si está usando la bomba SClg60, desenrosque y cargue la bomba. Fije la jeringa en su lugar.

- Si está usando la bomba Freedom60®, gire el dial de "on/off" (encendido/apagado) a la posición "on" (encendido).
- Si está usando la bomba SClg60, gire el VersaRate® a la posición deseada. Después de que enrosque la jeringa completamente, la bomba se pone en funcionamiento.



PASO 15

Deseche las agujas en el contenedor para objetos punzantes. Puede cortar las agujas y tirar el resto de los suministros a la basura.

